



Geschirr

Allgemein

In der Regel Reinigung im Geschirrspülautomaten

- o Betriebstemperatur > 60°C
- o entsprechend Herstellervorgaben

Sofern in den Hygienemerkbüchern vorgegeben

- o chemo-thermische Desinfektion bei 93°C (Gewerbegeschirrspüler)

Reinigung des Geschirrspülautomaten

Regelmäßig Reinigung des Geschirrspülautomaten mit Reinigungsmittel/Pflege für Geschirrspüler

- o mindestens 2x im Jahr
- o Bestellnummer: 302 000 000 04

Überprüfung des Geschirrspülautomaten

1x jährlich Überprüfung der Desinfektions- und Reinigungsleistung der Geschirrspülautomaten

- o organisiert vom Krankenhaushygienelabor
- o Telefon 0381 494 **5797**

Bei schlechten Prüfergebnissen

- o Reinigung des Automaten (siehe oben) und nochmalige Überprüfung

Bei wiederholt schlechten Ergebnissen

- o Reparatur beantragen

Einmalgeschirr

Einsatz von Einmalgeschirr aus Infektions-präventiven Gründen nur nach Absprache mit der Krankenhaushygiene

- o Telefon 0381 494 **5014**