



Medikamentenkühlschrank

Allgemeines

- Reinigung 1x monatlich und bei Bedarf
 - Bedarf: z. B. sichtbarer Schmutz, klebrige Oberflächen
- Tägliche Temperaturkontrolle des Kühlschranks erforderlich
 - 2-7 Grad Celsius
 - Dokumentation der Kontrolle

Arbeitsplatznahe Kühlschränke

- z. B. im Stationsstützpunkt

Bei arbeitsplatznahen Kühlschränken mit einer akustischen und optischen Warnung bei Temperaturabweichungen sowie bei Stromausfall ist das Protokollieren der Havarie ausreichend.

Arbeitsplatzferne Kühlschränke

- Befinden sich an einem Ort, der in der Regel nicht dauerhaft personell besetzt ist.

Bei arbeitsplatzfernen Kühlschränken, auch wenn diese mit einem Warnsystem ausgestattet sind, ist eine tägliche Temperaturkontrolle erforderlich und muss protokolliert werden.