

Aufbereitungskompendium

Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischen Zusatzinstrumentariums

3. Risikoeinstufung der Medizinprodukte

Aufbereitbare Medizinprodukte sind entsprechend des Kontaminationsrisikos bei der letzten Benutzung und bei der demnächst anstehenden Benutzung nach einem durch eine RKI-Empfehlung vorgegebenen Schema einzustufen.

Das Kontaminationsrisiko richtet sich im Fall von flexiblen Endoskopen und dem Zubehör nach den Kriterien Schleimhaut- oder Blutkontakt (semikritisch bzw. kritisch) sowie nach der Geometrie des Instrumentes (glatte, runde Oberflächen ohne Lumina versus komplizierte Oberflächen und/oder Lumina entspricht „A“ bzw. „B“)

Instrument	Risikoklasse	Anleitung des Herstellers	Einweisungsprotokoll	Aufbereitungsverfahren lt. Herstellerangaben		Arbeitsanweisung
				Reinigung/Desinfektion	Sterilisation	
Bronchoskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
Leihgeräte	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
Duodenoskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
Gastroskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
Koloskop	Semikritisch B	vorhanden	Medizintechnik	maschinell		Aufbereitungskompendium
Optikspülsystem	Unkritisch	vorhanden		Einmalprodukt und maschinell		